

Sammanfattning av underlaget ”Förrådshantering inom tandvård”

- ▶ Inför paneldiskussion
- ▶ Dokumentet publicerades våren 2024



Syfte och bakgrund

- ▶ Nationellt kunskapsunderlag framtaget av SFVH.
- ▶ Används vid nybyggnationer och renoveringar.
- ▶ Förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI) samt smittspridning i tandvården.
- ▶ Säkerställa korrekt hantering och förvaring av medicintekniska produkter.


Förpackningar

Sterila produkter: 3-lagersprincipen: produkt-, avdelnings- och transportförpackning.

Transportförpackning: Yttre skydd, betraktas som smutsig.

Avdelningsförpackning: Samlande förpackning, hanteras som ren.

Produktförpackning: Sterilbarriär, skyddas från fukt, damm och ljus.



Vid leverans

- ▶ Leveranskontroll-Säkerställa att produkterna bibehåller sin ursprungliga kvalitet.
- ▶ Plocka bort defekta förpackningar
- ▶ Verksamheten ska ha en skriftlig rutin med åtgärder för hantering



Avemballering

- ▶ I särskilt utrymme
- ▶ Saknas avemballeringsrum ska upppackning ske på avskild plats.
- ▶ Skydda arbetsdräkten
- ▶ Handtvätt och handdesinfektion innan hantering av avdelningsförpackningar





Tandtekniska arbeten

Avemballeras

Lokalutformning Förråd

Några exempel:

- ▶ Ej genomgångsrum, försedd med dörr.
- ▶ Fönster ej öppningsbara, med solskydd.
- ▶ Golv och väggar; icke absorberande, lättstädade.
- ▶ Undertak: släta, icke perforerade plattor.
- ▶ Ingen golvbrunn.

Lokalutformning

- ✓ Syftet är att skydda produkterna från solljus, hög och låg luftfuktighet, snabba temperaturväxlingar eller damm.
- ✓ Säkerställa renhetsgraden fram till användning

Inredning i förråd



Några exempel:

- ▶ Handdesinfektion ska finnas tillgänglig.
- ▶ Vid samförvaring stängda skåp/ lådor
- ▶ Inredning ska tåla desinfektionsmedel med tensid.
- ▶ Öppna hyllor om det endast är sterila medicintekniska produkter som förvaras i utrymmet.

Samförvaring



- ▶ Medicintekniska produkter och produkter vi använder i det patientnära arbetet.
- ▶ Vid samförvaring ska medicintekniska produkter hållas väl åtskilda från läkemedel och kemiska medel.
- ▶ Vad ska inte finnas med i förrådet?

Tex leksaker, kontorsmaterial, julsaker, textilier, blomjord och blommor

Lagerhållning av sterila produkter

- ▶ Kontrollerad miljö/luftmiljö
- ▶ Hygrometer- registrera temperatur och luftfuktighet
- ▶ Uppfylla rubriker Lokalutformning samt Inredning i dokumentet.
- ▶ Lagerhålls avskilt från produkter med annan renhetsgrad, antingen i separat rum eller i skåp/olika hyllplan.
- ▶ Egenproducerat sterilt gods

Förvaring utanför förråd (sterila)

Utanför förråd med kontrollerad miljö/luftmiljö.

Närförråd

- ▶ Begränsad mängd.
- ▶ Avdelningsförpackningar och produktförpackningar får ej återföras till förråd.
- ▶ Hög risk för kontamination och därför bör avdelningsförpackningen förbrukas inom en vecka.
- ▶ Produktförpackningar som förvaras utanför avdelningsförpackningen bör användas inom ett dygn.

Förvaring utanför förråd (Icke sterila)

Närförråd

- ▶ Begränsad mängd.
- ▶ Avdelningsförpackningar och produkter får ej återföras till förråd.
- ▶ Produkter i avdelningsförpackning kan förvaras i skåp/lådor med tätslutande lister utanför förråd. Produkterna behåller då renhetsgrad och utgångsdatum.
- ▶ Produkter upphällt från avdelningsförpackning bör kasseras efter en vecka.
- ▶ Produkter som inte rör slemhinna men som används i det patientnära arbetet bör hanteras och förvaras så att kontaminering förhindras men behöver inte kasseras inom en vecka.

Materialvagn

Närförråd

- ▶ Materialvagn med låda/skåp som skyddar materialet från solljus, drag och damm.
- ▶ När vagnen tas in på behandlingsrum ska vagnen stå utanför stänkzonen
- ▶ Desinfektera avställningsytorna på vagnen med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid inför varje behandling.
- ▶ Endast det material som ska användas under behandlingen tas ur vagnen, uttaget material får ej återföras till vagnen utan ska genomgå ny process i diskdesinfektorn eller kasseras.
- ▶ Materialvagn ska inte förvaras in i lokal där rengöring, desinfektion eller sterilisering utförs.



Städning

- ▶ Regelbunden städning av förråd.
- ▶ Rengöring av hyllor, skåp och lådor i förråd ska göras av verksamhetens personal.
- ▶ Ytor där produkter med specificerad renhetsgrad förvaras rengörs och desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

Paneldiskussion

- Berätta kort om hur ni har implementerat förändringen i er verksamhet.
- Vilka utmaningar har ni mött - och hur har ni hanterat dem?
- Vilka lärdomar tar ni med er från processen?

Paneldiskussion

- Om ni fick göra om, vad skulle ni göra annorlunda?
- Hur har kunskapsunderlaget tagits emot av teamet?
- När tror ni att ni har nått hela vägen, och hur ser ni det?